

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

część 2, poz. 8-15

Czy zamawiający wydzieli poz.8-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

część 2, poz.12

czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50 (60) ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skalę rozszerzoną 50 (60) ml.

Pytanie nr 3

część 2, poz. 21-22

Czy zamawiający wydzieli poz.21-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

część 2, poz.21-22

czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga opakowania papier-folia.

Pytanie nr 5

część 2, poz.21-22

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów.

Pytanie nr 6

część 2, poz. 30-31,33-39

Czy zamawiający wydzieli poz.30-31,33-39 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ