

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia

Pytanie nr 1

Część 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu. Z uwagi na jego wielkość , przede wszystkim jego różnorodność asortymentowa i wartość zabieg taki zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielania tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Część 1 poz.9,10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji, Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Część 1 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji opatrunku na rany pooperacyjne, poliuretanowy, sterylny, rozmiar 10x10cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w w/w pozycji opatrunku na rany pooperacyjne, poliuretanowy, sterylny, rozmiar 10x10cm

Pytanie nr 2

Część 1 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji opatrunku na rany pooperacyjne, poliuretanowy, sterylny, rozmiar 10x15cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Część 1 poz.9

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki były sterylizowane radiacyjnie, gdyż zapewnia to utrzymanie parametrów opatrunku przed i po sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby opatrunki były sterylizowane radiacyjnie, gdyż zapewnia to utrzymanie parametrów opatrunku przed i po sterylizacji.

Pytanie nr 4

Część 1 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 10szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w/w opatrunku pakowanego po 10szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Pytanie nr 5

Część 1 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w/w opatrunku pakowanego po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Pytanie nr 6

Część 1 poz.10

Czy Zamawiający wymaga aby w/w plaster do mocowania kaniul posiadał wcięcie wzdłuż środka, na końcu wcięcia miękkiego gazik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w/w plaster do mocowania kaniul posiadał wcięcie wzdłuż środka, na końcu wcięcia miękkiego gazika.

Pytanie nr 7

Część 1 poz.10

Czy Zamawiający wymaga aby w/w plaster posiadał dodatkową podkładkę chłonną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w/w plaster posiadał dodatkową podkładkę chłonną.

Pytanie nr 8

Część 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu. Z uwagi na jego wielkość, przede wszystkim jego różnorodność asortymentową i wartość zabieg taki zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielania tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Część 2 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 30G= 0,30mmx8mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga igły do pena w rozmiarze 30G= 0,30mmx8mm

Pytanie nr 9

Część 2 poz.8-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-22ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzykawkę z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-22ml.

Pytanie nr 10

Część 2 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20ml trzyczęściowej pakowanej po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzykawki 20ml trzyczęściowej pakowanej po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Pytanie nr 11

Część 2 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki do pomp inf. z rozszerzoną skalą 50/60ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w/w strzykawki do pomp inf. z rozszerzoną skalą 50/60ml.

Pytanie nr 12

Część 2 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki do pomp pakowanej po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w/w strzykawki do pomp pakowanej po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Pytanie nr 13

Część 2 poz.12,13

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową

Pytanie nr 14

Część 2 poz.13

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki Żaneta była ścięta pod kątem 45stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby końcówka w/w strzykawki Żaneta była ścięta pod kątem 45 stopni

Pytanie nr 15

Część 2 poz.13

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory Luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 16

Część 2 poz.15

Czy Zamawiający wymaga koreczka Luer z trzpieniem poniżej krawędzi co znacznie ułatwia aseptykę pracy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga koreczka Luer z trzpieniem poniżej krawędzi co znacznie ułatwia aseptykę pracy.

Pytanie nr 17

Część 2 poz.16-19

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji, Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Część 2 poz.20

Czy Zamawiający wymaga przyrządu typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 1,2um, łącznik luer-lock z filtrem hydrobowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 1,2um, łącznik luer-lock z filtrem hydrobowym.

Pytanie nr 19

Część 2 poz.21,22

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w/w przyrządu był wyposażony w uchwyt na dren i zabezpieczenie igły biorczej po użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zacisk rolkowy w/w przyrządu był wyposażony w uchwyt na dren i zabezpieczenie igły biorczej po użyciu

Pytanie nr 20

Część 2 poz.22

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie

Pytanie nr 21

Część 2 poz.23

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Część 2 poz.24-26

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule były wyposażone w 4 paski radiocieniujące, port boczny, zastawkę antyzwrotną oraz elastyczne skrzydełka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w/w kaniule były wyposażone w 4 paski radiocieniujące, port boczny, zastawkę antyzwrotną oraz elastyczne skrzydełka

Pytanie nr 23

Część 2 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 22G 0,8X25mm, PRZEPIYW 38ML/MIN.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga kaniuli 22G 0,8X25mm, PRZEPIYW 38ML/MIN.

Pytanie nr 24

Część 2 poz.26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 20G 1,0X32MM, przepływ 64ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga kaniuli 20G 1,0X32MM, przepływ 64ml/min.

Pytanie nr 25

Część 2 poz.27

Czy Zamawiający wymaga aby w/w dren był wolny od ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w/w dren był wolny od ftalanów

Pytanie nr 26

Część 2 poz.28-33,35-42

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Część 2 poz.34

Czy Zamawiający wymaga aby w/w worek na mocz był wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zabezpieczającą przed powrotem moczu do cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w/w worek na mocz był wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zabezpieczającą przed powrotem moczu do cewnika.